




Auseinandernehmen eines TPP-Zentrifugengestelles

Mounting / Demounting of a TPP rack



Wichtige Sterilisierungsinstruktion

Bitte nur demontiert sterilisieren

Sterilizing instructions:

Please sterilize demounted only